

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Fornitura a lotto unico di kit e sistema automatico di estrazione DNA genomico da sangue intero

CIG: 6931137B2F

QUESITI

Quesito n. 8

Quale tipologia di tubo primario viene utilizzata, cioè in quale contenitore si trova il campione di sangue di partenza?

RISPOSTA:

I campioni saranno conferiti in provette contenenti edta a volume variabile ma la procedura di estrazione potrebbe partire da piastre deepwell o comunque in formato 8x12.

Quesito n. 9

Si richiede di elencare da quali specie animali verrà prelevato il sangue da cui estrarre DNA.

RISPOSTA:

Il materiale di partenza sarà sangue della specie ovina.

Quesito n. 10

E' necessario un sistema di barcode che garantisca la tracciabilità del campione? Se sì, si richiede sistema di barcode ad elevata automazione o è sufficiente un sistema di barcode manuale?

RISPOSTA:

Non è stato previsto un sistema di codifica barcode.

Quesito n. 11

Nello schema di offerta è previsto un solo codice-descrizione (kit di estrazione DNA genomico e sistema automatico), è possibile presentare almeno due diversi codici-descrizione (uno per il kit, l'altro per lo strumento)? L'offerta deve prevedere tutto il costo del sistema (kit+strumento) sui reagenti-kit o è possibile prevedere una voce di noleggio?

RISPOSTA:

E' possibile indicare, nell'offerta, nella colonna "codice prodotto ditta", uno o più codici; tuttavia il prezzo offerto deve essere unico per kit e sistema. Non è ammissibile l'indicazione di prezzi separati per kit e/o noleggio.

Foggia, lì 20/01/17

Il Responsabile del Procedimento
(Teresa A. Tagliaferri)

T. Tagliaferri