



CHIARIMENTO N. 1 DEL 04/10/2017

GARA SOTTO SOGLIA, CON PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI UN ISOLATORE PER ANALISI RADIOCHIMICHE ALFA-BETA-GAMMA.

In sede d'approfondimento sulle caratteristiche tecniche della strumentazione di occorrenza è emersa la necessità di precisare, in ordine ai requisiti di minima dell'Isolatore, quanto segue:

1) Paragrafo "**PRECAMERA DESTRA (FLUSSO TURBOLENTO - CLASSE B)**".

Punto n. 8: il portello interno scorrevole deve intendersi finalizzato allo scorrimento di un ripiano di appoggio, anch'esso scorrevole verso la zona di lavoro, e che pertanto deve essere presente anch'esso nello strumento.

2) Paragrafo "**PANNELLO ELETTRICO A NORMA**".

L'interruttore prese interne deve comandare un numero di almeno 2 prese interne alla zona di lavoro, che pertanto devono anch'esse essere presenti nello strumento.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante della gara, ai sensi dell'art. 31 del disciplinare.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. *Pietro TANTALO*)