

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

QUESTIONARIO VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

Al fine di semplificare la valutazione tecnica delle apparecchiature proposte, la Ditta offerente è invitata alla compilazione del presente allegato nel quale dovrà apporre **una sola crocetta** nella casella corrispondente alla specifica tecnica posseduta dalla strumentazione offerta. La presente scheda dovrà essere allegata all'offerta tecnica descrittiva della strumentazione offerta ed ai depliant illustrativi, debitamente timbrati e firmati. La Ditta offerente, inoltre, **dovrà facilitare l'individuazione della specifica tecnica oggetto di valutazione sottolineandola ed evidenziandola in grassetto nell'offerta tecnica. Le specifiche tecniche di minima richieste nel capitolato tecnico, pena esclusione, devono essere rispettate.**

Il punteggio tecnico sarà attribuito alle migliori tecniche della strumentazione proposta dalla Ditta offerente sulla base della presente scheda. **Alle ditte che non apporranno la crocetta sulla specifica tecnica oggetto di valutazione sarà assegnato un punteggio pari a zero mentre quelle che non possiederanno la specifica tecnica di minima saranno escluse. Le Ditte dovranno apporre una sola crocetta per ogni specifica tecnica, indicando di fianco in quale parte dell'offerta tecnica la specifica tecnica è efficacemente descritta.**

LOTTO UNICO (max: 70 punti):

- SISTEMA DI CROMATOGRAFIA IONICA HPLC ACCOPPIATO AD UN RIVELATORE CONDUTTIMETRICO

n.	Requisito di natura qualitativa:	Specifica tecnica in valutazione	<u>(Barrare una sola casella per ogni caratteristica soggetta a valutazione)</u>	Indicare in quale documento (offerta tecnica, depliant, altro materiale allegato all'offerta tecnica) è possibile trovare riscontro alla specifica tecnica indicata e selezionata:
1	Pressione massima di esercizio della pompa	≤ 350 bar > 350 bar > 450 bar > 550 bar	☐ ☐ ☐ ☐	

2	Range di flusso da almeno 0.01 fino a 10.0 ml/min	= 0.01 < 0.01	☐ ☐	
3	Sistema di iniezione con loop variabile	No Si	☐ ☐	
4	Modulo di termostatazione della colonna	No Si	☐ ☐	
5	Rumore di fondo del rivelatore conduttimetrico	$\geq 1.0 \mu\text{S/cm}$ $< 1.0 \mu\text{S/cm}$ $\leq 0.5 \mu\text{S/cm}$ $\leq 0.1 \mu\text{S/cm}$	☐ ☐ ☐ ☐	
6	Frequenza di campionamento del rivelatore	= 100 Hz > 100 Hz > 150 Hz > 200 Hz	☐ ☐ ☐ ☐	
7	Pressione cella di flusso del rivelatore	= 5 MPa > 5 MPa	☐ ☐	
8	Rumorosità dell'intero sistema analitico	$\geq 65 \text{ db}$ $< 65 \text{ db}$ $\leq 60 \text{ db}$ $\leq 50 \text{ db}$	☐ ☐ ☐ ☐	