

CARATTERISTICHE DI MINIMA KIT ELISA PARATUBERCOLOSI

Denominazione dei prodotti: KIT ELISA PARATUBERCOLOSI monocupola – test screening
KIT ELISA PARATUBERCOLOSI bicupola – test conferma.

Quantità stimata fino al 31/12/22: 110 micropiastre da 96 pozzetti per il test screening e 80 micropiastre da 96 pozzetti per il test conferma; reagenti pronto uso; etichettatura e rintracciabilità dei singoli reagenti.

Caratteristiche dei prodotti: il Kit test screening e quello test conferma devono contenere un numero di micropiastre da 96 pozzetti non superiore a 5. Le piastre, da 96 pozzetti ciascuna, devono essere suddivise in strip singole, da 8 pozzetti, per le piastre destinate al test screening e in strip doppie per le piastre destinate al test conferma. Il test deve essere validato per il siero di sangue bovino, ovino, caprino e per il latte bovino, corredato di dossier di validazione su un numero rappresentativo di soggetti per ognuna delle matrici e specie sopra indicate. Il protocollo analitico deve prevedere, come descritto dal “O.I.E. Manual of Diagnostic tests and vaccines”, una fase di preassorbimento con mycobacterium phlei. Alla documentazione di gara devono essere allegate le schede di sicurezza.

Aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata, in maniera complessiva tra le piastre test screening e quelle test conferma, col metodo del prezzo più basso tra i prodotti risultati idonei all'esame tecnico. L'idoneità sarà valutata sulla base dell'esito positivo della verifica di conformità tecnica della campionatura prodotta rispetto a sieri di riferimento positivi e negativi.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del
legale rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa