

**CARATTERISTICHE DI MINIMA KIT E.L.I.S.A.
RICERCA ANTICORPI “gI” E “gB” VIRUS DELLA MALATTIA DI AUJESZKY**

Denominazione dei prodotti:

- a) Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs gp”E”/gp”I” del virus della Malattia di Aujeszky;
- b) Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs gp”B” del virus della Malattia di Aujeszky.

Quantità stimata fino al 31/12/21:

- a) Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs gp”E”/gp”I” del virus della Malattia di Aujeszky - **24.000 dosi**;
- b) Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs gp”B” del virus della Malattia di Aujeszky – **960 dosi**.

Caratteristiche dei prodotti: Il tempo totale previsto dalla procedura non deve essere superiore a 5 ore. La Ditta partecipante dovrà inviare documentazione relativa al prodotto offerto compreso la procedura tecnica. La fornitura dovrà essere inoltre corredata di un certificato di controllo per la verifica della qualità del Lotto fornito.

Corredo minimo di ogni kit:

- Micropiastre già sensibilizzate;
- Soluzione di lavaggio;
- Controllo Positivo;
- Controllo Negativo;
- Soluzione di arresto;
- Reagente coniugato;
- Substrato cromogeno (non è ammesso OPD).

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione

Timbro della Ditta/Società e firma del Titolare o del
Legale Rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa