**Risposte ai quesiti****Quesito nr. 1**

Pos. 7 BHI - Si chiede definire tipologia di peptone (peptocomplex è un termine commerciale)

RISPOSTA: Errore di inserimento dati: si intende **Peptone di carne, di caseina o miscela di Peptoni**

Quesito nr. 2

Pos. 20 - C.E.M.O. Il riferimento normativo è la nota Min. Salute Prot. DGVA VIII /9353 d/338 del 14.03.2005

Il documento non è reperibile nella Libreria disponibile sul sito del Ministero della Salute
Si richiede cortesemente comunicare formulazione

RISPOSTA: **Tryptone 15g/lit, Soy Peptone 5g/lit, Sodium Chloride 5g/lit, L-Cystine 0.3g/lit, Sodium Sulfite 0.2g/lit, Agar 12 – pH 7,3±0.2 a 25°C**

Supplemento, concentrazione nel terreno: Clindamicina 5mg/litro, Amfotericina B 5mg/litro, Trimethoprim 1mg/litro.

Quesito nr. 3

Pos. 37 e 38 King A e King B - Comunicare riferimento Normativo in quanto quello riportato nel capitolato tecnico non risulta corretto, ovvero comunicare formulazione

RISPOSTA:

COMPOSIZIONE BASE:

KING A: Peptone 20g/lit, Magnesium chloride 1.4g/lit, Potassium sulfate 10g/lit, Agar 15g/lit - Final pH 7.2 +/- 0.2 (at 25°C)

KING B: (ISO 16266) Peptone 20g/lit, Di-Potassium Hydrogen Phosphate 1.5g/lit, Magnesium Sulfate Heptahydrate 1.5g/lit, Agar 15g/lit Final pH 7.2 ± 0.2 at 25°C –

Quesito nr. 4

Pos. 39 Kligler Iron Agar - confermare grammaggio peptone

RISPOSTA:

errore di battitura. Quantità corretta: Peptone 20g/litro

Quesito nr. 5

Pos. 55 Novobiocina supplemento - confermare metodo di riferimento è ISO 6579-1:2017

RISPOSTA:

ISO di riferimento 6579-1:2017. Si intende Novobiocina fiale da 10mg

Quesito nr. 6

Pos. 59 MR-VP Medium - Metodo di riferimento indicato nel capitolato tecnico non corretto - Indicare metodo ovvero formulazione

RISPOSTA:

COMPOSIZIONE: PEPTONE 7 g/lit, GLUCOSIO 5 g/lit, POTASSIO FOSFATO K2HPO4 5 g/lit, pH 6.9 ± 2 a 25°C-

Quesito nr. 7

Pos. 60 Muller Hinton - confermare gramaggio estratto di carne

RISPOSTA: errore di battitura: estratto di carne 2g/lit

Quesito nr. 8

Pos. 62 Mycoplasma PPLO - Confermare pH 7.6

RISPOSTA: errore di battitura: 7,8 ±0.2 a 25°C

Quesito nr. 9

Pos. 83 TSA - metodo di riferimento indicato nel capitolato tecnico non corretto - Indicare metodo ovvero formulazione

RISPOSTA:

DIGERITO PANCREATICO DI CASEINA 15g/lit, SOIA PEPTONE 5g/lit, SODIO CLORURO 5g/lit, AGAR 12-18g/lit pH 7.3 $\pm$ 0.2 a 25

Quesito nr. 10

Pos. 90 - Si chiede se accettata l'offerta di un unico supplemento comprendente Ticarcillina+Potassio Clorato

RISPOSTA:

Si accetta l'offerta di un unico supplemento purché siano rispettate le proporzioni per litro di terreno finito: TICARCILLIN 1mg/lit, POTASSIUM CHLORATE 1g/lit, IRGASAN 1mg/lit.

Quesito nr. 11

Pos. 101 Sali biliari - confermare trattasi di ox bile essicata

RISPOSTA:

NO; si intende: "estratto purificato di bile costituito essenzialmente da sodio colato e sodio taurocolato".

Quesito nr. 12

Pos. 13 e Pos. 15 , visti i riferimenti di gara, riteniamo trattasi dello stesso terreno

pos. 15 con ph non conforme alla norma


RISPOSTA:

Si tratta di un refuso. Considerare solamente la posizione 15 sia per il terreno base che per il supplemento selettivo. Il pH corretto è 7.4 $\pm$ 0.2 a 25°C.

Non considerare la posizione 13. (Vedi Comunicato n. 1)

Il Rup

Sig.ra Irene Vinciguerra

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irene Vinciguerra', is written over the typed name.