




istituto zooprofilattico sperimentale
della puglia e della basilicata



COMUNICATO N. 4 – QUESITI E RISPOSTE.

Quesito nr. 5

D: Lotto 9: confermate che dalla voce 1 alla 10 compreso, gli standard oggetto della fornitura dovranno essere di grado Assorbimento Atomico?

R: Le voci relative agli Standards dalla 1 alla 10 devono essere per utilizzo mediante ICP/MS e ICP/OES.

D: Lotto 9: confermate che dalla voce 17 alla 43, gli standard oggetto della fornitura dovranno essere di grado ICP?

R: Le voci relative agli Standards dalla 17 alla 43 devono essere per utilizzo mediante ICP/MS e ICP/OES.

D: Lotto 9: poichè alla voce 42, il simbolo dell'elemento chimico indicato tra parentesi (Se) non corrisponde alla descrizione riportata (Platinum), confermate che lo standard oggetto della fornitura dovrà essere elemento "Platino" ?

R: la voce 42 corrisponde all'elemento chimico Platinum e tra parentesi deve essere riportato (PT) e non come erroneamente indicato (Se).

D: Lotto 9: confermate che laddove non è stato da voi indicato il solvente, ossia dalla voce 1 alla 10 compreso, gli standard dovranno essere disciolti in HNO₃?

R: Si conferma che devono essere disciolti in HNO₃.

Quesito nr. 6

D: Lotto 1 - Rigo 10: ISO-OTTANO PER LC-MS. Il grado LC-MS è corretto? Può essere accettato un grado HPLC?

R: E' corretto il grado LC/MS e non può essere accettato il grado HPLC in quanto sono necessari solventi per analisi in tracce in LC/MS e i solventi devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,8\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 12: ALCOOL ETILICO ASSOLUTO PER LC-MS. Il grado LC-MS è corretto? Può essere accettato un grado HPLC?

R: E' corretto il grado LC/MS e non può essere accettato il grado HPLC in quanto sono necessari solventi per analisi in tracce in LC/MS e i solventi devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,8\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 13: ALCOOL ETILICO 95% PER LC-MS. Il grado LC-MS è corretto? Può essere accettato un grado HPLC?

R: E' corretto il grado LC/MS e non può essere accettato il grado HPLC in quanto sono necessari solventi per analisi in tracce in LC/MS e i solventi devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,8\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 19: CLOROFORMIO PER LC-MS. Il grado LC-MS è corretto? Può essere accettato un grado HPLC?

R: E' corretto il grado LC/MS e non può essere accettato il grado HPLC in quanto sono necessari solventi per analisi in tracce in LC/MS e i solventi devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,8\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 32: ETEREDIETILICO PER LC-MS. Il grado LC-MS è corretto? Può essere accettato un grado HPLC?

R: E' corretto il grado LC/MS e non può essere accettato il grado HPLC in quanto sono necessari solventi per analisi in tracce in LC/MS e i solventi devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,8\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 43: ACIDO HDEHP ORTOFOSFORICO-DEPHA - GRADO ANALITICO. E' possibile proporre un grado tecnico?

R: si conferma grado Analitico e non grado Tecnico come proposto.

D: Lotto 1 - Rigo 72: DICLOROMETANO PER GC-MS E LC-MS - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ E ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - STABILIZZAZIONE CON 2 METIL-2-BUTENE. E' possibile specificare per quale applicazione vi serve il prodotto? Per quale tipo di analisi?

R: Sono necessari solventi per analisi in tracce in GC/MS e LC/MS e devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,9\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 77: CLOROFORMIO PER HPLC E GC - PUREZZA $\geq 99,8\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ E ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - STABILIZZAZIONE CON 2 METIL-2-BUTENE E METANOLO. E' possibile specificare per quale applicazione vi serve il prodotto? Per quale tipo di analisi?

R: Sono necessari solventi per analisi in tracce in GC/MS e LC/MS e devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,9\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 78: ACETONITRILE PER HPLC E GC - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,01\%$ - ACIDITÀ $\leq 0,0001$ MEQ/G - ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - METALLI (ICP/MS) ≤ 5 NG/ML. E' possibile specificare per quale applicazione vi serve il prodotto? Per quale tipo di analisi?

R: Sono necessari solventi per analisi in tracce in GC/MS e LC/MS e devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,9\%$.

D: Lotto 1 - Rigo 80: ALCOOL METILICO PER HPLC E GC - PUREZZA $\geq 99,9\%$ - CONFORME PER IDENTITÀ ALL'IR - CONTENUTO DI ACQUA $\leq 0,02\%$ - ACIDITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - ALCALINITÀ $\leq 0,0002$ MEQ/G - DENSITÀ (20°C) 0,790- 0,795 - FILTRATO CON FILTRI DA 0,2 MM. E' possibile specificare per quale applicazione vi serve il prodotto? Per quale tipo di analisi?

R: Sono necessari solventi per analisi in tracce in GC/MS e LC/MS e devono necessariamente avere una purezza $\geq 99,9\%$.

Il RUP
Sig. Sergio Rollo