



LOTTE INFRUTTUOSI - FORNITURA PERIODALE DI REAGENTI CHIMICI FINO AL 31/12/2022

COMUNICATO N. 2 – QUESITI E RISPOSTE.

QUESITO NR. 3

D: Lotto n. 08 – CIG : 7927206954:

1) Riga 2-4-5-6-7-8-9-10-12: nella riga vengono indicate il numero di confezioni, ma non il confezionamento. Nel file "Caratteristiche di minima" viene indicato un determinato confezionamento massimo. Bisogna quindi considerare come tipo quantitativo della confezione da offrire quello indicato nel file "Caratteristiche di minima" oppure potrebbero essere sufficienti confezionamenti minori dato che nella descrizione non viene indicato il volume richiesto?

Di seguito un esempio :

Riga 2 Cf. 8 - Confezionamento massimo 2ml. Si procede con l'offrire 8 confezioni da 2 ml dell'articolo richiesto?

2) Riga 7-9-10-31-35-41-98: per queste righe vengono richiesti valori minimi di purezza che non sempre sono disponibili sul mercato. Si può proporre prodotti con una purezza inferiore del 1-2% rispetto alla purezza richiesta.

3) Riga 32: per questa riga viene richiesto valore minimo di purezza che non sempre sono disponibili sul mercato. Si può proporre un prodotto con una purezza inferiore anche del 10% rispetto alla purezza richiesta?

R: In riferimento al Lotto n. 8, si precisa quanto segue:

1) Vedi Comunicato n. 1 – Risposta al quesito n. 1;

2) righe 7-9-10-31-35-41 - Allegato A: è preferibile offrire prodotti con la purezza indicata. Qualora sia difficile il reperimento sul mercato, la purezza del prodotto fornito può essere inferiore di 1-2 punti percentuali. Il prodotto corrispondente alla riga 98 non esiste per il lotto 8, ma comunque valgono le considerazioni riportate prima;

3) rigo 32 – Allegato A: Si richiede il prodotto con la purezza > 97 % che è peraltro disponibile sul mercato. Prodotti con una purezza addirittura inferiore al 10% a quella richiesta non possono essere accettati.

QUESITO NR. 4

D: Lotto n. 05 – CIG : 7927166852 - Riga 20: Il prodotto "SYBR GREEN I" trattasi di una soluzione di colorante per strumenti qPCR o real-time PCR? In questo caso potete indicarci lo strumento in vostro possesso (Bio-Rad, Applied Biosystems, etc.)? O in alternativa, per poter garantire di fornire il prodotto corretto, potete indicarci il codice e marca del prodotto che già usate in laboratorio?

R: a titolo indicativo si segnala il seguente prodotto:

- Sybr Green che ci serve è il SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix.
- La macchina in nostro possesso è la BioRad CFX Connect.

QUESITO NR. 5

D: Lotto n. 07 – CIG : 792719938F - Riga 38: Essendo la descrizione poco chiara, si chiede di segnalarci un prodotto sul mercato o il prodotto che utilizzate già nel vs laboratorio come esempio per identificare il prodotto richiesto.

R: a titolo indicativo si segnala il seguente prodotto:

- SODIO POLITUNGSTATO (soluzione) – CAS: 12333-13-0
- Produttore: SOMETU-Europe

QUESITO NR. 6

D: Lotto n. 14 – CIG : 7927234072 - Riga 8: considerata la base d'asta, si chiede conferma della quantità richiesta per la riga 8, in quanto la quantità richiesta per questa specifica voce sembra essere non proporzionata rispetto al consumo previsto delle altre voci (il prodotto nella riga 8 è specifico per una determinata matrice, mentre gli altri prodotti sono idonei per più tipologie di matrici). Oltre al fatto che, considerato le quantità richieste, la base d'asta risulta essere molto inferiore al comune prezzo di mercato per queste tipologia di prodotto.

E' possibile che ci sia stato un refuso nell'indicazione della quantità presunta per la specifica riga 8?

R: In riferimento al Lotto n. 14 - Quechers, si precisano le quantità presunte (colonna A dell'Allegato 13) delle righe 5, 6, 7 e 8 come segue, in luogo di quelle erroneamente riportate per mero refuso:

- rigo 5: 2.000 in luogo di 4.000;
- rigo 6: 2.000 in luogo di 4.000;
- rigo 7: 2.000 in luogo di 4.000;
- rigo 8: 2.000 in luogo di 4.000.

Responsabile del procedimento

Sergio Rollo



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pietro TANTALO)

