

OGGETTO: Procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) della Legge 120/20, per la fornitura di kit estrazioni di RNA virale e relativa compatibili con il sistema di estrazione automatico King Fisher Flex (Thermofisher) – Emergenza COVID 19 - CIG: 8516355E75

COMUNICATO N. 1 – QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1

D: 1) Potete indicare la quantità effettiva dei consumabili richiesti?

2) Accettate un protocollo superiore a 45 minuti?

3) E' possibile inviare la gara tramite pec?



R: 1) Come esplicitato nell'allegato A delle caratteristiche di minima e nello schema di offerta economica la plasticheria costituisce un quantitativo variabile in funzione della tipologia di kit offerto, che sarà verificato in sede di offerta tecnica.

La quotazione unitaria formulata dovrà quindi consentire, a corredo, la fornitura della plasticheria medesima complessivamente occorrente per le 30.00 estrazioni poste in gara.

2) Non è possibile accettare un protocollo superiore a 45 minuti.

3) Non è possibile inviare la gara tramite pec.

IL RUP

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)

Una firma manoscritta in inchiostro scuro che recita "Carrescia Emanuela".