



OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lgs. n. 50/16 e smi per la fornitura di kit di amplificazione Real Time RT-PCR per la rilevazione del virus Sars-COV-2 - CIG: 8721176E18

COMUNICATO N. 1 – QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1

D: 1) Si chiede se sia consentita anche l'offerta di kit per l'identificazione dei geni RdRP e S di severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mediante one-step RT-PCR Real time.

R: 1) Come esplicitato nell'allegato A delle caratteristiche di minima il kit deve rilevare almeno due geni target specifici e più conservati del virus SARS-CoV-2 quali N, RdRp, ORF. In aggiunta a questi può anche essere presente il gene S.

I Kit che rilevano quindi due geni di SARS-CoV-2, di cui uno sia il gene S, non potranno esser presi in considerazione per non conformità tecnica.

IL RUP

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Emanuela Carrescio'.

(Dott.ssa Emanuela Carrescio)