


Copia Archiviata

IZSistituto zooprofilattico sperimentale
della puglia e della basilicata

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lgs. n. 50/16 e smi per la fornitura di kit di amplificazione Real Time RT-PCR per la rilevazione del virus Sars-COV-2 - CIG: 8721176E18

COMUNICATO N. 2 – QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1

D: 1) Si chiede se il prodotto richiesto ed oggetto di gara sia esclusivamente un test per Real Time PCR e che pertanto, non debbano essere inclusi nella presente fornitura anche i kit per estrazione.

Inoltre, chiediamo conferma che sia possibile offrire un test per la rilevazione di due geni target del virus SARS-CoV-2 (gene E ed RdRp), essendo stato indicato nel capitolato "almeno due geni".

2) Infine, chiediamo conferma che l'**importo a base d'asta** sia **presunto** e pertanto superabile, in quanto facciamo presente che il costo a test inserito (5,60 €) è decisamente inferiore rispetto ai prezzi di mercato praticati.

R: 1) Come esplicitato nell'allegato A delle caratteristiche di minima il kit deve rilevare almeno due geni target specifici e più conservati del virus SARS-CoV-2 quali N, RdRp, ORF. In aggiunta a questi può anche essere presente il gene E.

I Kit che rilevano due soli geni di SARS-CoV-2, di cui uno è il gene E, non potranno pertanto esser presi in considerazione

2) La quantità indicata nel modulo offerta è di 30.000 determinazioni, l'importo a base d'asta è di € 5,60/det. e quindi di complessivi € 170.000,00, insuperabili, a pena di esclusione.

IL RUP

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)