



OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lgs. n. 50/16 e smi per la fornitura di kit di amplificazione Real Time RT-PCR per la rilevazione del virus Sars-COV-2 - CIG: 8721176E18

COMUNICATO N. 3 – QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1

D: 1) kit che amplifica 2 sequenze specifiche target che codificano per la proteina N del nucleocapside, chiamate N1 e N2, e amplifica il controllo interno endogeno proveniente da gene umano costitutivamente presente nelle cellule, è ritenuto valido per la partecipazione alla procedura negoziata indetta dal Vs. Istituto?

R: 1) Come esplicitato nell'allegato A delle caratteristiche di minima il kit deve rilevare almeno due geni target specifici e più conservati del virus SARS-CoV-2 quali N, RdRp, ORF.
I Kit che amplificano due sequenze target dello stesso gene N non potranno pertanto esser presi in considerazione

IL RUP

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)