



Oggetto: RDO n. 2976597- Fornitura periodica, fino al 30/06/2026, di dispositivi di protezione individuale e mascherine FFP2

COMUNICATO N. 2 – QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1

D: Buongiorno, con riferimento al lotto n.2_Mascherine FFP2 senza valvola, si chiede di confermare che la richiesta di protezione da agenti biologici aerodispersi di classe II e III è da considerarsi un rifiuto, in quanto non ci risulta l'esistenza di un DPI, FFP2 certificato in tal senso. Al contrario sono presenti sul mercato DPI sui quali sono stati effettuati Test contro il SARS COV2, muniti di Test Report a supporto. Si chiede, pertanto, di confermare la Vs necessità di reperire sul mercato mascherine DPI FFP2 prodotte con materiali testati contro il SARS COV2 con Test Report a supporto. In attesa di un Vs gentile riscontro, cordiali saluti.

R: si conferma che è un rifiuto. Le mascherine FFP2 devono essere conformi alle norme EN 149:2001 + A1:2009

II RUP

Dott.ssa Emanuela Carrescia