izs
istituto zooprofilattico sperimentale
della puglia e della basilicata

COMUNICATO N. 1

OGGETTO: Fornitura di piastre petri sterili da 90 mm, di piastre petri sterili da 60 mm e di piastre petri sterili da 140 mm– CIG: 9645127298

QUESITO E RISPOSTA

Quesito n. 1

D: 1) Si chiede di chiarire se le piastre cod. 436 debba essere ventilata e se è accettato un diametro di 150 cm.

R: 1) Come esplicitato nell'allegato A delle caratteristiche di minima le piastre petri sterili, cod. interno 436, devono essere di 140 mm di diametro. La ventilazione deve essere tripla.

Il Rup
(Dott.ssa Emanuela Carrescia)

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. ssa Valentina Altamura)