

COMUNICATO N. 2

OGGETTO: Fornitura di piastre petri sterili da 90 mm, di piastre petri sterili da 60 mm e di piastre petri sterili da 140 mm– CIG: 9645127298


QUESITO E RISPOSTA

Quesito n. 1

D: 1) Con la presente al fine di una più ampia partecipazione visto che trattasi di mm vi chiediamo se è possibile offrire piastre con diametro e altezza superiore di 1 mm dato che le aziende hanno diversi stampi di produzione.

R: 1) È accettata la tolleranza di 1 mm.

Il Rup
(Dott.ssa Emanuela Carrescia)



Il Dirigente Amministrativo
(Dott. ssa Valentina Altamura)

