

**COMUNICATO N. 1**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI GAS TECNICI PURI PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI**

**QUESITI E RISPOSTE**

**Quesito n. 1:** "Con riferimento al Capitolato tecnico e relativi allegati si chiede di specificare il grado minimo accettabile di purezza dei prodotti Ammoniaca e Azoto Liquido in quanto non definiti nel Capitolato tecnico e relativi allegati".

**Risposta:** La bombola di Ammoniaca deve avere un grado di purezza minimo pari a 5.5 (ovvero 99.9995%). La purezza dell'Azoto liquido è indicata nel Capitolato tecnico ed è pari al 100% ed ha valore di classificazione.

**Quesito n. 2:** "Con riferimento al Capitolato tecnico e relativi allegati si chiede se il grado di purezza 5.0 (99,999%) per il Metano è vincolante o se in alternativa è possibile fornire bombole di Metano con grado di purezza minimo garantito pari a 3.5 (99,95%) o 4.5 (99,995%)".

**Risposta:** La bombola di Metano deve avere un grado di purezza minimo pari a 5.0 (ovvero 99.999%), quindi la specifica inserita nel Capitolato è da considerarsi vincolante.

**Quesito n. 3:** "Con riferimento al Capitolato tecnico e relativi allegati si chiede se il grado di purezza 5.0 (99,999%) per l'Ossigeno è vincolante o se in alternativa è possibile fornire bombole di Ossigeno con grado di purezza minimo garantito pari a 4.5 (99,995%)".

**Risposta:** La bombola di Ossigeno deve avere un grado di purezza minimo pari a 5.0 (ovvero 99.999%), quindi la specifica inserita nel Capitolato è da considerarsi vincolante.

**Quesito n. 4:** "Con riferimento al Capitolato tecnico si chiede se il termine previsto e pari a 3 gg lavorativi dall'ordine per la consegna dei gas è vincolante per tutti i prodotti o se in alternativa è possibile prevedere per le bombole e i pacchi di Elio un termine di consegna superiore e pari ad esempio a 20 gg lavorativi".

**Risposta:** Il termine previsto dall'ordine per la consegna dei gas è di 3 giorni lavorativi per tutti i gas sia per le bombole sia per i pacchi bombole.

Il Rup  
Irene VINCIGUERRA

*Irene Vinciguerra*



Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Valentina ALTAMURA

*Valentina Altamura*