

COMUNICATO N. 3

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI GAS TECNICI PURI PER
LA DURATA DI QUATTRO ANNI**

QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1: "Con riferimento alla risposta relativa al grado di purezza dell'azoto liquido, si segnala che un grado di purezza pari al 100% può essere considerato solo ipotetico e che qualsiasi prodotto di azoto liquido fornibile da uno qualsiasi dei potenziali fornitori conterrà comunque una quantità minima residua di impurezze (altri gas). Si chiede pertanto di verificare ulteriormente e definire il grado di purezza minimo accettabile per l'azoto liquido".

Risposta: Il grado di purezza minimo accettabile è il 5.0.

Il Rup
Irene VINCIGUERRA
Irene Vinciguerra



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Valentina ALTAMURA
Valentina Altamura