

COMUNICATO N. 4

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI GAS TECNICI PURI PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI

QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1: "Quali sono i punti di consegna dove devono essere forniti i gas richiesti?"

Risposta: I punti di consegna sono quelli relativi ai punti di attacco delle bombole o delle linee dei gas e variano in base alle richieste dei laboratori della sede centrale di Foggia e delle sezioni diagnostiche periferiche di Brindisi, Lecce, Potenza e Matera.

Quesito n. 2: "La fornitura di Azoto liquido è in serbatoi mobili o prevede l'installazione di un serbatoio fisso?"

Risposta: La fornitura dell'azoto liquido è in serbatoi mobili.

Quesito n. 3: "Per i gas in pacchi (Elio, Azoto e Argon) sono accettati anche i pacchi da 12 bombole oppure sono obbligatori quelli da 16 bombole?"

Risposta: I pacchi di gas devono essere da 16 bombole come da Allegato A – Caratteristiche tecniche di minima del Capitolato tecnico.

Il Rup
Irene VINCIGUERRA

Irene Vinciguerra



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Valentina ALTAMURA

Valentina Altamura