

COMUNICATO N. 2

OGGETTO: Fornitura periodica di materiale vario monouso fino al 31/12/25 – Lotto 9- CIG: 9939695FC8

QUESITO E RISPOSTA


Quesito n. 2

D: 1) Buongiorno, in merito al lotto in oggetto è possibile proporre provette da 1,2 ml senza fondo a U e non di tipo micronic.? dai vari izs perugia o legnaro, acquistano anche codici starlab come microtube in rack serie E17,e codici serie I14.

R: 1) Le caratteristiche dei prodotti sono quelle indicate nelle caratteristiche di minima e nella RDO. Le provette e i tappi devono avere le caratteristiche richieste in quanto si adattano perfettamente alle "scatole micronic con coperchio" che sono già presenti nei laboratori di tutto l'Ente. La richiesta di campionatura, che la ditta è obbligata a presentare nei termini indicati nel disciplinare di gara all'art. 4, è finalizzata appunto a verificare la compatibilità dei suddetti prodotti con le scatole micronic.

Il Rup

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott. ssa Valentina Altamura)

