



COMUNICATO N. 3

OGGETTO: Fornitura periodica di materiale vario monouso fino al 31/12/25 – Lotto 1 e 2. CIG: 9938106084 e 9938241FE7.

QUESITO E RISPOSTA

Quesito n. 2

D: 1) Buongiorno confermate che per i lotti 1-2 richiedete dispositivi CE-IVD? I prodotti richiesti non dovrebbero aver un'applicazione medico-diagnostica. grazie

R: 1) Si conferma che obbligatoriamente i puntali devono essere marcati CE e avere il certificato DNase e RNase free, ove indicato.

Il Rup

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott. ssa Valentina Altamura)