



COMUNICATO N. 4

OGGETTO: Fornitura periodica di materiale vario monouso fino al 31/12/25 – Lotti 4 e 7. CIG: 99394315EF e 9939589851

QUESITO E RISPOSTA

D: Si chiede di confermare quanto segue:

- 1) lotto 4 (voce 3, 4, 5, 6) Contenitori per la conservazione dei pezzi istologici.....: serve l'etichetta BIOAZARD?
- 2) lotto 7 (voce 6) Provette non sterili, in polipropilene, fondo piatto, con etichetta, capacità 5 ml: serve il tappo?

R: 1) In riferimento al lotto 4 (voce 3-4-5 e 6) si conferma che i contenitori per pezzi istologici devono recare sempre le frasi e le simbologie di rischio (chimico-tossicologico e infettivo) e che sarebbe preferibile offrire contenitori trasparenti anziché di "colore bianco".

2) In riferimento al lotto 7 (voce 6), come da caratteristiche tecniche di minima, il tappo non è stato richiesto.

Il Rup

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott. ssa Valentina Altamura)