

COMUNICATO N. 6

OGGETTO: Fornitura periodica di materiale vario monouso fino al 31/12/25 – Lotto 1 e 2. CIG: 9938106084 e 9938241FE7.


QUESITO E RISPOSTA

D: 1) Buonasera, con la presente chiediamo se è indispensabile la certificazione IVD Medical Device in Vitro Diagnostics per i lotti 1 - 2 perché trattasi di materiale plastico. Oppure è un refuso?

R: 1) La certificazione CE IVD in vitro diagnostic non è obbligatoria. I puntali devono avere obbligatoriamente il certificato DNase e RNase free, ove indicato.

Il Rup

(Dott.ssa Emanuela Carrescia)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott. ssa Valentina Altamura)

