

	<u>CARATTERISTICA DI MINIMA</u> FORNITURA TRIENNALE FINO AL 31/12/2029 KIT REAL TIME PCR (Base d'asta € 65.000,00)	ALLEGATO A
--	--	---

	Cod. interno IZS	DESCRIZIONE PRODOTTI	U.M.	Conf. richieste presunte
1	7474	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene SOIA in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
2	6774	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene SEDANO in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
3	7475	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene SESAMO in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
4	6771	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene CROSTACEI in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
5	6772	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene MOLLUSCHI in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
6	7473	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene ARACHIDI in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e	Kit	3

		2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.		
7	7476	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene MANDORLE in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
8	7477	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene NOCCIOLA in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
9	7478	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene NOCI in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
10	7479	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene NOCI DI ACAGIù in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
11	7480	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene NOCI DI PECAN in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
12	7481	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene NOCI DEL BRASILE in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
13	7482	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene NOCI MACADAMIA in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e	Kit	3

		compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.		
14	7483	Kit in Real Time PCR per la determinazione di allergene PISTACCHI in alimenti. Validazione eseguita in matrice alimentare fornita dalla ditta. Limite di rilevazione in matrice (non in acqua) espresso in mg/kg (non copie genomiche) e compreso tra 0,5 e 2,5. Confezione contenente 100 test. Scadenza 18 mesi.	Kit	3
15	7484	Kit estrazione e purificazione DNA vegetale e animale da alimenti. Confezione da 50 estrazioni. Scadenza 12 mesi.	Kit	40

PER ACCETTAZIONE

(data)

LA DITTA: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

*** N.B. Da restituire nella busta della documentazione amministrativa**

Allegato A – Caratteristiche di minima / Pag. 3 di 3

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

S.D.P. di Putignano – Via Chiancolla, 1 – tel. 080 4057858 – 70017 Putignano