

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA Gara Per Singolo Lotto x Acquisizione Apparecchiature x i “Controlli Ufficiali Sugli Alimenti Di Origine Vegetale” QUESTIONARIO VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA “LOTTO 1”									
<u>ALLEGATO “A1”</u> Al fine di semplificare la valutazione tecnica delle apparecchiature proposte, le Ditte candidate sono invitate alla compilazione del presente allegato nel quale dovranno apporre una sola crocetta nella casella corrispondente alla specifica tecnica posseduta dalla strumentazione offerta. La presente scheda dovrà essere allegata all’offerta tecnica descrittiva della strumentazione offerta ed ai depliant illustrativi e dovranno essere timbrati e firmati. L’azienda offerente, inoltre, dovrà facilitare l’individuazione della specifica tecnica oggetto di valutazione sottolineandola ed evidenziandola in grassetto nell’offerta tecnica. Le specifiche tecniche di minima richieste nel capitolato tecnico, pena esclusione, devono essere rispettate. Il punteggio tecnico sarà attribuito alle migliori tecniche della strumentazione proposta dalla Ditta offerente sulla base della presente scheda. Alle ditte che non apporranno la crocetta sulla specifica tecnica oggetto di valutazione sarà assegnato un punteggio pari a zero mentre quelle che non possiederanno la specifica tecnica di minima saranno escluse. Le Ditte dovranno apporre una sola crocetta per ogni specifica tecnica e di fianco, dovranno indicare in quale parte dell’offerta tecnica la specifica tecnica è efficacemente descritta.									
LOTTO N.1 SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA UHPLC CON RIVELATORE DI SPETTROMETRIA DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE (Wmax: 55 punti)									
n.	Requisito di natura qualitativa:	Punteggio massimo (Wn)	Specifica tecnica in valutazione	Coefficienti relativi alla valutazione tecnica (0,0 ≤ V ≤ 1,0)	Punteggi relativi alla valutazione tecnica sulle migliori (0 ≤ P ≤ 10) Owvero: (Wn x V)	(Barrare una sola casella per ogni caratteristica soggetta a valutazione)	Indicare in quale documento (offerta tecnica, depliant, altro materiale allegato all’offerta tecnica) è possibile trovare riscontro alla specifica tecnica indicata e selezionata:		
1	Caratteristiche dell'UHPLC: Pressione massima d’esercizio della pompa quaternaria UHPLC (almeno 600 bar)	W ₁ = 5	= 600 bar > 600 bar ≥ 700 bar ≥ 800 bar	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.0 3.0 5.0	☐ ☐ ☐ ☐			

2	Modulo di termostatazione della colonna cromatografica operante da almeno 5°C ad almeno 45°C.	W ₂ =5	= 45°C > 45°C ≥ 70°C ≥ 90°C	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.0 3.0 5.0	☐ ☐ ☐ ☐	
3	L' autocampionatore dovrà avere almeno 80 posizioni per vials da 2 ml.	W ₃ =5	= 80 posti > 80 ≥ 120 ≥ 200	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.0 3.0 5.0	☐ ☐ ☐ ☐	
4	Tecnologia dello spettrometro di massa MS/MS a trappola orbitale e trasformata di Fourier	W ₄ = 10	No Si	0.0 1.0	0.0 10.0	☐ ☐	
5	Funzionamento senza l'uso di liquidi criogenici per la termostatazione dell'analizzatore di massa.	W ₅ =10	No Si	0.0 1.0	0.0 10.0	☐ ☐	
6	Risoluzione dello spettrometro di massa ad alta risoluzione (risoluzione minima richiesta almeno 70.000 FWHM) a 200 m/z.	W ₆ = 12	= 70.000 > 70.000 ≥ 100.000 ≥ 120.000	0.0 0.4 0.6 1.0	0,0 4.8 7.2 12.0	☐ ☐ ☐ ☐	
7	Selezione del precursore con filtro quadrupolare avente risoluzione (migliore di 0.7 FWHM).	W ₇ =5	= 0,7 > 0,7 ≥ 0,5 ≥ 0,4	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.0 3.0 5.0	☐ ☐ ☐ ☐	
8	Corso della durata di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.	W ₈ = 3	= 5 > 5 ≥ 8 ≥ 10	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 1.2 1.8 3.0	☐ ☐ ☐ ☐	

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO RELATIVO AL PERIODO DI GARANZIA (WMax : 2 punti):				
Per la durata complessiva del periodo di garanzia "full risk" sull'intera attrezzatura offerta nel singolo lotto (almeno 12 mesi dal collaudo positivo) .	WG= 2	= 12 mesi	0.0	0.0
		> 12 mesi	0.4	0.8
		≥ 24 mesi	0.6	1.2
		≥ 36 mesi	1.0	2.0

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (WMax : 3 punti):					
Per la qualità dell' Organizzazione del servizio sul territorio nazionale.	WAt ₁ = 0,5	Fornire relazione sull' organizzazione del servizio di assistenza tecnica	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.2 0.3 0.5	Giudizio espresso dalla Commissione di gara sulla scorta della relazione fornita
Per le certificazioni e gli accreditamenti (ISO 9000-14000, etc.) in possesso del servizio di assistenza tecnica.	WAt ₂ =0,5	Nessuna Solo ISO 9000 ISO 9000+14000 ISO 9000+14000+altre	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.2 0.3 0.5	☐ ☐ ☐ ☐
Per il numero di tecnici, a disposizione dell'organizzazione, specializzati e certificati per la riparazione dell' apparecchiatura offerta con indicazione della loro dislocazione in Italia ed in particolare in Puglia;	WAt ₃ =0,5	= 1 in Italia > 1 in Italia ≥ 3 in Italia ≥ 1 in Puglia	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.2 0.3 0.5	☐ ☐ ☐ ☐
Per la possibilità da parte del servizio tecnico di effettuare IQ, OQ e PQ sull' apparecchiatura offerta;	WAt ₄ =0,5	No Si	0.0 1.0	0.0 0.5	☐ ☐
Per il tempo entro il quale è garantito l'intervento tecnico, espresso in ore dalla chiamata. (massimo 72 ore solari dalla chiamata)	WAt ₅ =1,0	= 72 ore < 72 ore ≤ 48 ore ≤ 24 ore	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.4 0.6 1.0	☐ ☐ ☐ ☐