

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

Gara Per Singolo Lotto x Acquisizione Apparecchiature x i "Controlli Ufficiali Sugli Alimenti Di Origine Vegetale"

QUESTIONARIO VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA "LOTTO 8"

ALLEGATO "A8"

Al fine di semplificare la valutazione tecnica delle apparecchiature proposte, le Ditte candidate sono invitate alla compilazione del presente allegato nel quale dovranno apportare **una sola crocetta** nella casella corrispondente alla specifica tecnica posseduta dalla strumentazione offerta. La presente scheda dovrà essere allegata all'offerta tecnica descrittiva della strumentazione offerta ed ai depliant illustrativi e dovranno essere timbrati e firmati. L'azienda offerente, inoltre, dovrà facilitare l'individuazione della specifica tecnica oggetto di valutazione sottolineandola ed evidenziandola in grassetto nell'offerta tecnica.

Le specifiche tecniche di minima richieste nel capitolato tecnico, pena esclusione, devono essere rispettate.

Il punteggio tecnico sarà attribuito alle migliori tecniche della strumentazione proposta dalla Ditta offerente sulla base della presente scheda. Alle ditte che non apporranno la crocetta sulla specifica tecnica oggetto di valutazione sarà assegnato un punteggio pari a zero mentre quelle che non possederanno la specifica tecnica di minima saranno escluse.

Le Ditte dovranno apportare una sola crocetta per ogni specifica tecnica e di fianco, dovranno indicare in quale parte dell'offerta tecnica la specifica tecnica è efficacemente descritta.

LOTTO N. 8

GENERATORI DI AZOTO X LC/MS CON PORTATA MINIMA DI ALMENO 40 LT/MIN DOTATO DI UN COMPRESSORE ARIA OIL-FREE INCORPORATO ESSICCATORE A SCAMBIO ARIA/ARIA

(Wmax: 55 punti)

n.	Requisito di natura qualitativa:	Punteggio massimo (Wn)	Specifica tecnica in valutazione	Coefficienti relativi alla valutazione tecnica (0,0 ≤ V ≤ 1,0)	Punteggi relativi alla valutazione tecnica sulle migliori (0 ≤ P ≤ 10) Ovvero: (Wn x V)	<u>(Barrare una sola casella, per ogni caratteristica soggetta a valutazione)</u>	Indicare in quale documento (offerta tecnica, depliant, altro materiale allegato all'offerta tecnica) è possibile trovare riscontro alla specifica tecnica indicata e selezionata:
1	Compressore aria silenziato posizionato all'interno del generatore di azoto avente portata di almeno 100 NI/min ad 8 bar di pressione.	W ₁ = 5	= 100 NI/min ≥ 100 NI/min ≥ 120 NI/min ≥ 150 NI/min	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.4 3.6 6.0	☐ ☐ ☐ ☐	

2	Portata di Azoto grado LCMS prodotto (almeno 40 lt/min ad una pressione di almeno 7 bar ed una purezza di almeno 99,99%) .	$W_2=10$	= 40 lt/min > 40 lt/min ≥ 60 lt/min ≥ 80 lt/min	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 4.0 6.0 10.0	☐ ☐ ☐ ☐	
3	Il generatore deve essere fornito di due serbatoi incorporati da almeno 40 lt ognuno per accumulo N2 ed accumulo di Aria.	$W_3=10$	= 40 lt/min > 40 lt/min ≥ 45 lt/min ≥ 50 lt/min	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 4.0 6.0 10.0	☐ ☐ ☐ ☐	
4	Purezza dell'Azoto di almeno 99,99%	$W_4= 5$	= 99,99% > 99,99% ≥ 99,999% ≥ 99,9999%	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.0 3.0 5.0	☐ ☐ ☐ ☐	
5	Rumore inferiore ai 65 dB.	$W_5=10$	= 65 dB < 65 dB ≤ 60 dB ≤ 50 dB	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 4.0 6.0 10.0	☐ ☐ ☐ ☐	
6	Il generatore di Azoto deve avere un sistema elettronico di controllo per il raggiungimento della purezza di targa (99,99%) che dovrà essere raggiunta in non oltre 60 minuti dall'accensione.	$W_6= 6$	= 60 min < 60 min ≤ 50 min ≤ 40 min	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 2.4 3.6 6.0	☐ ☐ ☐ ☐	
7	Programmazione e controllo mediante CPU, posta anche a distanza, oppure da Host PC mediante rete LAN .	$W_7=5$	No Si	0.0 1.0	0.0 5.0	☐ ☐	
8	Corso della durata di almeno 1 (gg) giorno lavorativo	$W_8= 3$	= 1 > 1 ≥ 3 ≥ 5	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 1.2 1.8 3.0	☐ ☐ ☐ ☐	

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO RELATIVO AL PERIODO DI GARANZIA

(WMax : 2 punti):

Requisito di natura qualitativa:	Punteggio massimo (Wn)	Specifica tecnica in valutazione	Coefficienti relativi alla valutazione tecnica (0,0 ≤ V ≤ 1,0)	Punteggi relativi alla valutazione tecnica sulle migliori (0 ≤ P ≤ 10) Ovvero: (Wn x V)	<u>(Barrare una sola casella per ogni caratteristica soggetta a valutazione)</u>	Indicare in quale documento (offerta tecnica, depliant, altro materiale allegato all'offerta tecnica) è possibile trovare riscontro alla specifica tecnica indicata e selezionata:
Per la durata complessiva del periodo di garanzia "full risk" sull'intera attrezzatura offerta nel singolo lotto (almeno 12 mesi dal collaudo positivo).	WG= 2	= 12 mesi > 12 mesi ≥ 24 mesi ≥ 36 mesi	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.8 1.2 2.0	☐ ☐ ☐ ☐	

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

(WMax : 3 punti):

Requisito di natura qualitativa:	Punteggio massimo (Wn)	Specifica tecnica in valutazione	Coefficienti relativi alla valutazione tecnica (0,0 ≤ V ≤ 1,0)	Punteggi relativi alla valutazione tecnica sulle migliori (0 ≤ P ≤ 10) Overo: (Wn x V)	<u>(Barrare una sola casella per ogni caratteristica soggetta a valutazione)</u>	Indicare in quale documento (offerta tecnica, depliant, altro materiale allegato all'offerta tecnica) è possibile trovare riscontro alla specifica tecnica indicata e selezionata:
Per la qualità dell' Organizzazione del servizio sul territorio nazionale.	WAt1= 0,5	Fornire relazione sull' organizzazione del servizio di assistenza tecnica	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.2 0.3 0.5	Giudizio espresso dalla Commissione di gara sulla scorta della relazione fornita	
Per le certificazioni e gli accreditamenti (ISO 9000-14000, etc.) in possesso del servizio di assistenza tecnica.	WAt2=0,5	Nessuna Solo ISO 9000 ISO 9000+14000 ISO 9000+14000+altre	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.2 0.3 0.5	☐ ☐ ☐ ☐	
Per il numero di tecnici, a disposizione dell'organizzazione, specializzati e certificati per la riparazione dell' apparecchiatura offerta con indicazione della loro dislocazione in Italia ed in particolare in Puglia;	WAt3=0,5	= 1 in Italia > 1 in Italia ≥ 3 in Italia ≥ 1 in Puglia	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.2 0.3 0.5	☐ ☐ ☐ ☐	
Per la possibilità da parte del servizio tecnico di effettuare IQ, OQ e PQ sull' apparecchiatura offerta;	WAt4=0,5	No Si	0.0 1.0	0.0 0.5	☐ ☐	
Per il tempo entro il quale è garantito l'intervento tecnico, espresso in ore dalla chiamata. (massimo 72 ore solari dalla chiamata)	WAt5=1,0	= 72 ore < 72 ore ≤ 48 ore ≤ 24 ore	0.0 0.4 0.6 1.0	0.0 0.4 0.6 1.0	☐ ☐ ☐ ☐	