

All. A

CARATTERISTICHE MINIME KIT E.L.I.S.A. PER RICERCA ANTICORPI gE/gI DEL VIRUS DELLA MALATTIA DI AUJESZKY (PRV)

Denominazione: Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs gp^E/gp^I del virus della Malattia di Aujeszky.

Quantità stimata fino al 31/12/18: 17.000 dosi.

Caratteristiche: Il tempo totale previsto dalla procedura non deve essere superiore a 5 ore. La Ditta partecipante dovrà inviare documentazione relativa al prodotto offerto compresa la procedura tecnica. La fornitura dovrà essere inoltre corredata di un certificato di controllo per la verifica della qualità del Lotto fornito.

Corredo minimo di ogni kit:

- Micropiastre già sensibilizzate
- Soluzione di lavaggio
- Controllo Positivo
- Controllo Negativo
- Soluzione di arresto
- Reagente coniugato
- Substrato cromogeno (non è ammesso OPD)

Consegna: vedi Art. 6 del Capitolato Tecnico.

Campionatura: l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere ad ogni ditta partecipante la fornitura gratuita di un kit per il saggio (test su 50 campioni). La mancata fornitura è causa di esclusione dalla gara.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione

Timbro della Ditta/Società e firma del Titolare o del
Legale Rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa