

		SCHEMA DI OFFERTA: DITTA					
		OFFERTA N. _____ DEL _____					
Codice interno	PRODOTTO	Codice prodotto ditta	Quantità biennale (A)	Prezzo unitario offerto/ test (B)	Prezzo complessivo (A x B)		Confezionamento: numero di test per singolo kit
1295	KIT E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs gp “E”/gp “I” del virus della malattia di Aujeszky		n. 17.000 test				
	Corredo minimo di ogni kit: - Micropiastre già sensibilizzate - Soluzione di lavaggio - Controllo Positivo - Controllo Negativo - Soluzione di arresto - Reagente coniugato - Substrato cromogeno (non è ammesso OPD) La fornitura dovrà essere inoltre corredata di un certificato di controllo per la verifica della qualità del lotto fornito.		TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE				

* Base d'asta insuperabile: €. 6.400,00 oltre Iva