

All. A

CARATTERISTICHE MINIME KIT E.L.I.S.A. PER LA RICERCA DI ANTICORPI NEI CONFRONTI DI NEOSPORA CANINUM

Denominazione: KIT E.L.I.S.A. PER LA RICERCA DI ANTICORPI NEI CONFRONTI DI NEOSPORA CANINUM.

Quantità stimata fino al 31/12/19: 60 piastre da 96 determinazioni.

Caratteristiche: Kit ELISA, metodo indiretto, per la determinazione degli anticorpi nei confronti di *Neospora caninum* nei sieri di bovini, ovini, caprini e cani o latte di ruminanti. La piastra da 96 determinazioni deve essere suddivisa in 12 strips da 8 micropozzetti. Il tempo totale previsto dalla procedura tecnica non deve essere superiore a 5 ore. La ditta partecipante dovrà inviare documentazione relativa alla scheda di sicurezza del prodotto offerto e alla procedura tecnica in lingua italiana. Ciascun kit deve contenere un numero di piastre non superiore a due, pena esclusione.

Consegna: vedi Art. 6 del Capitolato Tecnico, in base alle esigenze di laboratorio.

Campionatura: è obbligatorio per le ditte partecipanti presentare una campionatura del prodotto offerto.

Aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata col metodo del prezzo più basso per piastra da 96 micropozzetti tra i prodotti risultati idonei all'esame tecnico (lotto da testare e schede tecniche), previo esito favorevole della verifica di conformità della campionatura presentata rispetto a sieri di lavoro positivi e negativi interni al laboratorio di Sierologia della sede di Foggia.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione

Timbro della Ditta/Società e firma del Titolare o del
Legale Rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa