

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 – 71121 Foggia

Tel: 0881-786111 – Fax 0881-786362

C.F. - P.IVA 00168430718

Indirizzo internet: www.izsfg.it

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE MONOUSO,
PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO**

Rif. Delib.: 200/2016

RISPOSTA AL QUESITO

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta da una ditta si riporta quanto segue:

Quesito n. 4)

Voce	Quesito	Risposta
	LOTTO N. 6	LOTTO N. 6
6.20 – 6.21- 6.22	Potreste indicarci le dimensioni delle bottiglie a cui adattare i tappi?	Trattasi di tappi standard per vials in gomma clorobutilica grigia sh. 55 del diametro di 20 mm per le bottiglie da 10/50 ml e di 29 mm per le bottiglie da 100/250/500 ml.
	LOTTO N. 7	LOTTO N. 7
7.1 7.2	Confermate che le vials devono avere bocca diametro 19 mm. ?	Si comunicano le caratteristiche delle vials: bocca diametro 9 mm., diametro esterno 12 mm., altezza 32 mm., volume 2 ml.
7.4	Confermate che chiedete tappi a vite compatibili con le vials di cui sopra?	Tappi compatibili con le vials di cui sopra
7.4	I tappi devono essere dotati di setti?	Si
7.3	Confermate che gli inserti richiesti devono essere compatibili con le vials di cui sopra?	Si
	LOTTO N. 8	LOTTO N. 8
8.9 8.10	Potreste fornirci maggiori informazioni circa le vaschette richieste?	Vaschette dispensatrici di reagenti da distribuire con pipettatrici multicanali (12 tips) in piastre microtiter 96 pozzetti. In materiale plastico di qualsiasi tipo.
8.11 8.12 8.13 8.14	Confermate che chiedete provette in PP ?	Provette in polipropilene

Aggiornato al 05.09.16

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Emanuela Carrescia