

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 – 71121 Foggia

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE MONOUSO,
PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO**

Rif. Delib.: 200/2016

RISPOSTA AL QUESITO

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta da una ditta si riporta quanto segue:

Quesito n. 7)

Voce	Cod	Quesito	Risposta
12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13	495 2547 908 5578 5579 5580 733 1054 1431 2625	La Ditta chiede di verificare se le descrizioni di tutte le anse richieste, riportate nel capitolato di gara (All. 3), sono corrette, in quanto qualcuna è di difficile reperimento in commercio.	La descrizione di tutte le anse è confermata
14.6	1041	Questa provetta deve avere l'etichetta a pena esclusione? Confermate fondo piatto? In che materiale deve essere? Inoltre, le provette devono essere già tappate o tappi devono essere a parte?	Le provette devono <u>obbligatoriamente</u> avere, così come richiesto nell'allegato 3: L'etichetta Il fondo piatto. Si precisa che devono essere in polipropilene e che se sono già tappate o meno è indifferente.

Aggiornato al 06.09.16

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Emanuela Carrescia