

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 – 71121 Foggia

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE MONOUSO,
PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO**

Rif. Delib.: 200/2016

RISPOSTA AL QUESITO

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta da una ditta si riporta quanto segue:

Quesito n. 8)

Voce	Quesito	Risposta
	E' possibile ricevere lo schema di offerta in formato excel e compilarlo inserendolo nella busta Offerta Economica?	Lo schema offerta è stato pubblicato sul sito.
	Le quantità e le basi d'asta indicate nello schema di offerta si riferiscono al periodo di 4 anni complessivo?	Sì
1.4	Quale membrana deve avere questo sistema filtrante (PVDF, PES...?)	Membrane in NITRATO DI CELLULOSA
8.7	Il tappo delle flask deve essere standard o filtrante?	Standard
8.9 8.10	Queste due vaschette per reagenti devono essere sterili o non sterili?	Le vaschette aventi codice interno 2720 deve essere sterili, mentre quelle con codice 5534: non sterili, così come indicato nelle schede offerte – Allegato 3
8.11 8.12 8.13 8.14	Il materiale di queste provette è polipropilene?	Sì, provette in polipropilene
10.5 10.6 10.7	Questi combitips devono essere sterili o non sterili?	I combitips devono essere non sterili
14.1	In che materiale deve essere questa provetta?	Polistirene
14.2	Questa provetta deve avere la base d'appoggio? O avere fondo cilindrico?	Provette con fondo ad U ma base d'appoggio piatta che permetta la posizione verticale su un piano
14.3 14.4 14.6	In che materiale devono essere queste provette?	14.3.....Polistirene 14.4.....Polistirene 14.6.....Polipropilene
15.5	I 4.000 pezzi richiesti sono il numero di strip o il numero di tappi?	Tappi
15.10	I 1.200 pezzi richiesti sono il numero di strip o il numero di tubi?	Strip

18.3	La descrizione di questo articolo è completa? Dalla tabella alla fine della descrizione c'è una virgola, forse manca un completamento.	Errore di battitura. E' da considerarsi completa
19.1	Devono essere confezionate in sacchetto o in rack?	Confezionamento in sacchetto

Aggiornato all'08.09.16

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Emanuela Carrescia