

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 – 71121 Foggia

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE MONOUSO,
PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO**

Rif. Delib.: 200/2016

RISPOSTA AL QUESITO

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta da una ditta si riporta quanto segue:

Quesito n. 9)

Voce	Quesito	Risposta
8.6	Si richiede se le multiwell richieste devono essere per cellule in sospensione o in adesione	In adesione
15.5 15.6 15.8	Si richiede di precisare la marca e il modello degli strumenti con i quali verranno utilizzate le piastre, per avere la certezza di compatibilità con i prodotti offerti	7500 fast real time PCR system ditta ABI <u>NOTA:</u> Sarà necessario fornire un campione di prova prima dell'aggiudicazione
15.7	Si richiede di precisare la marca e il modello degli strumenti con i quali verranno utilizzate le piastre, per avere la certezza di compatibilità con i prodotti offerti	Applied Biosystems 7500 Fast Real-time PCR system Eppendorf Mastercycler
15.10	Si richiede se le strip in gara siano senza tappi o richiedano tappi attaccati singolarmente	Si tratta di strip senza tappi e tappi separati
9.7 10.2	Facendo riferimento alla pagina 10 del capitolato : “lo stesso prodotto non può essere offerto su più lotti o su diversi prodotti”, ed in particolare alle posizioni 9.7 e 10.12, la scrivente dichiara che il prodotto che intende offrire è perfettamente compatibile con entrambe le marche di pipette. A comprova di quanto dichiarato informiamo che in altri Istituti Zooprofilattici stiamo fornendo lo stesso prodotto, senza alcuna difficoltà di compatibilità e superando quindi i test metrologici svolti dai preposti uffici. Siamo quindi a chiedere che per tali posizioni sia possibile offrire uno stesso codice, ovviamente fornendo campionatura per entrambe le posizioni.	Così come indicato nell'art. 6 del disciplinare di gara “lo stesso prodotto non può essere offerto su più lotti o su diversi prodotti.

Aggiornato all'08.09.16

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Emanuela Carrescia