ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 – 71121 Foggia

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE MONOUSO, PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO

Rif. Delib.: 200/2016

RISPOSTA AL QUESITO

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta da una ditta si riporta quanto segue:

Quesito n. 12)

Voce	Cod.	Quesito	Risposta
15.6	3798	Le piastre per PCR sono di tipo Low Profile o High Profile?. Al fine di poter fornire prodotti compatibili, si richiede di indicare gli strumenti di PCR (quantitativa e qualitativa) sui quali verranno utilizzate.	**Si procederà con una valutazione a prescindere dal tipo di piastra, pertanto sarà necessario fornire un campione di prova prima dell'aggiudicazione. Lo strumento di PCR di utilizzo è il: 7500 fast real time PCR system ditta ABI (vedi risposta al quesito n. 9 dell'08.09.16)**
15.7	2301	Le piastre per PCR sono di tipo Low Profile o High Profile?. Al fine di poter fornire prodotti compatibili, si richiede di indicare gli strumenti di PCR (quantitativa e qualitativa) sui quali verranno utilizzate.	**Si procederà con una valutazione a prescindere dal tipo di piastra, pertanto sarà necessario fornire un campione di prova prima dell'aggiudicazione. Lo strumento di PCR di utilizzo è il: Applied Biosystems 7500 Fast Real-time PCR system Eppendorf Mastercycler vedi risposta al quesito n. 9 dell'08.09.16)**

Aggiornato al 13.09.16

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Emanuela Carrescia