

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

**Fornitura di tredici Robot diluitori per la Sede Centrale
e le Sezioni diagnostiche periferiche**

GARA N. 6529246 – CIG: 6815628227

QUESITI



Quesito n. 9

Nella Vs. descrizione di modalità "plug & play", non vediamo segnalata la possibilità di effettuare il Piercing (foratura) dei tappi dei tubi primari di sierologia, caratteristica sempre richiesta come molto utile durante i colloqui con voi intercorsi prima che venisse pubblicata la gara.

La domanda è la seguente: è una caratteristica desiderata, semplicemente dimenticata al momento della stesura del Capitolato? Pertanto, è quindi da aggiungere ai vostri esempi quali l'aggiunta di nuovi accessori come ad esempio l'inserimento di un lettore di micropiastre o di un braccio robotico o altro?

RISPOSTA:

Nella configurazione n. 1 tutti i 9 robot con 4 canali di pipettamento con modalità "plug & play" devono essere in grado di perforare ("piercing") i tappi in gomma delle provette; nella configurazione n. 2 per i 4 robot con 8 canali di pipettamento senza modalità "plug & play" non viene richiesta la capacità di perforare i tappi in gomma delle provette; vedasi anche risposta al precedente **Quesito n. 3**.

Quesito n. 10

Nella Vostra griglia di valutazione si legge la seguente richiesta "Canali di pipettamento in grado di prelevare e dispensare utilizzando linee di lavoro con spaziatura variabile ed asimmetrica.....".

Chiediamo conferma che l'assenza di canali di pipettamento con spaziatura asimmetrica non pregiudica assolutamente la funzionalità richiesta dal vostro capitolato tecnico e cioè, la possibilità di effettuare metodiche SAR, FDC, ELISA. Quindi, la spaziatura "asimmetrica" non è causa di esclusione in virtù del principio di equivalenza evidenziato dall'art. 68 del nuovo codice degli appalti. Si rimane in attesa di una inequivoca risposta in merito.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al **Quesito n. 7**; è ammessa l'equivalenza funzionale nei termini ivi espressi.

Foggia, lì 21/11/16

Il Responsabile del Procedimento
(Teresa A. Tagliaferri)

Tagliaferri